



Herstedøstervej 19  
DK-2600 Glostrup  
www.duotec.dk  
info@duotec.dk

## Service rapport

Udstedt 11-02-2021

Kunde : PN Engineering ApS

Type : ppBRAE 3000  
Serienummer : 594-909662  
FW version : 2.22A

**Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.**

**Bemærkninger:**

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

Firmware opdateret til 2.22A

PID lampe, PID sensor og pumpe renses. Instrument kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
	:			

		STEL	TWA	LAV	HØJ
Alarmgrænser	: Isobutene ppm	25	10	5	25
	:				
	:				
	:				

Kalibreringsgas	:	C4H8	10 ppm	Certifikat:	2937416
-----------------	---	------	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 11-02-2021

Næste kalibrering : 11-02-2022

Godkendt af : Tekniker

Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,  
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte