



Herstedøstervej 19  
DK-2600 Glostrup  
www.duotec.dk  
info@duotec.dk

## Kalibreringsrapport

Udstedt: 11-04-2018

Kunde : PN Engineering Aps.

Type : ppbRAE 3000

Serienummer : 594-909662

FW version : 2.14

Batteri S/N : 159U7W0183

**Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.**

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
S/N	:	1062R121457		

		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobuten ppm	25	10	10	25
	:					
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	C4H8	10 ppm	Certifikat:	Lot: 1626913
-----------------	---	------	--------	-------------	--------------

Kalibreringsdato : 11-04-2018

Næste kalibrering : 10-04-2019

Godkendt af : Tekniker

Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,  
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte