



Herstedøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Kalibreringsrapport

Udstedt: 12-12-2018

Kunde : PN Engineering Aps.

Type : ppbRAE 3000

Serienummer : 594-909662

FW version : 2.16

Batteri S/N : 159U7W0183

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
S/N	:	1062R121457		


		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobuten ppm	25	10	5	25
	:					
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	C4H8	10 ppm	Certifikat:	313120
-----------------	---	------	--------	-------------	--------

Kalibreringsdato : 12-12-2018

Næste kalibrering : 12-12-2019

Godkendt af : Tekniker



Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte