



Service rapport

Udstedt 16-01-2020

Kunde : PN Engineering ApS

Type : ppBRAE 3000
 Serienummer : 594-909662
 FW version : 2.20A

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Bemærkninger:

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

Firmware opdateret til 2.20A.

PID lampe, PID sensor og pumpe er renset. Instrumentet er kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
	:			

		STEL	TWA	LAV	HØJ
Alarmgrænser	: Isobutene ppm	25	10	5	25
	:				
	:				
	:				

Kalibreringsgas	:	C4H8	100 ppm	Certifikat:	2413893
-----------------	---	------	---------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 16-01-2020

Næste kalibrering : 15-01-2021

Godkendt af : Tekniker

Bo Storm Ottosen

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
 Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte