

Nielu



Herstedøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Service rapport

Udstedt 07-01-2020

Kunde : PN Engineering Aps.

Type : ppbRAE 3000
Serienummer : 594-911555
FW version : 2.20A

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Bemærkninger:

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

Firmware opdateret til 2.20A.

PID lamp, PID sensor og pumpe er rensset. Instrumentet er kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
------------	---	---------------	--	--

		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobutene ppm	25	10	1	5
	:					
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	C4H8	10 ppm	Certifikat:	2522946
-----------------	---	------	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 07-01-2020

Næste kalibrering : 06-01-2021

Godkendt af : Tekniker

Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte