



Herstedøstervej 19  
DK-2600 Glostrup  
www.duotec.dk  
info@duotec.dk

## Service rapport

Udstedt 29-11-2023

Kunde : PN Engineering A/S

Type : ppbRAE 3000

Serienummer : 594-908231

FW version : 2.22A

**Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.**

**Bemærkninger:**

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

PID lampe skiftet. PID sensor rensat. Instrumentet er kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
	:			

		TWA	STEL	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobutene ppm	1,0	2,5	0,1	0,5
	:					
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	ISO	10 ppm	Certifikat:	3393571
-----------------	---	-----	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 29-11-2023

Næste kalibrering : 28-11-2024

Godkendt af : Tekniker

Bo Storm Ottosen

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,

Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte