



Herstedøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Service rapport

Udstedt 19-12-2023

Kunde : PN Eng. Vest ApS

Type : ppbRAE 3000

Serienummer : 594-911555

FW version : 2.22A.35

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Bemærkninger:

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

PID lampe, PID sensor og pumpe er rensset. Instrumentet er kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
------------	---	---------------	--	--

		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobutene ppm	25	10	1	5
	:					
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	ISO	10 ppm	Certifikat:	3393571
-----------------	---	-----	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 19-12-2023

Næste kalibrering : 18-12-2024

Godkendt af : Tekniker

Allan Hvidtfeldt

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte